

Conformément à l'article 52 n° 7 du règlement UE 2017 /745
du Conseil relatif aux dispositifs médicaux (daté du 05/04/2017),

les **SEGUFIX**[®]-Bandagen,
Das Humane System GmbH & Co. KG
(SRN : DE-MF-000027702),

déclare par la présente, de manière contraignante et sous
sa seule responsabilité, que les exigences essentielles de sécurité
et de performance définies à l'annexe I du présent règlement sont
satisfaites pour le médicament suivant :

N° d'art. 6720
SEGUFIX[®] Harnais

dans les tailles proposées selon la classe de prix 2024
UDI-DI de base= PP01531672036 / Classe de risque = I

Utilisation :

- pour le soutien et le positionnement des patients en fauteuil
roulant avec dossier stable, en voiture ou sur autre siège adéquat
- sert à maintenir le patient en position assise droite et l'empêche
de glisser vers l'avant
- pas de fixation, car fermeture clic


Attention : Ce modèle peut être considéré comme privatif de
liberté par la loi si le patient ne peut ouvrir la sangle seul.

Indispensable pour l'utilisation :
SEGUFIX[®] Sangle pour dossier et
SEGUFIX[®] Ceinture abdominale de transport indispensable

La procédure d'évaluation de la conformité conformément aux
annexes II et III du règlement UE 2017/745 a été
appliquée. Cette déclaration est valable de
ladate d'émission jusqu'au
24/05/2028.

Jesteburg, le 25/05/2026

Date de d'émission



R. W. de Sánchez
- direction -

Conformément à l'article 52 n° 7 du règlement UE 2017 /745
du Conseil relatif aux dispositifs médicaux (daté du 05/04/2017),

les **SEGUFIX**[®]-Bandagen,
Das Humane System GmbH & Co. KG
(SRN : DE-MF-000027702),

déclare par la présente, de manière contraignante et sous
sa seule responsabilité, que les exigences essentielles de sécurité
et de performance définies à l'annexe I du présent règlement sont
satisfaites pour le médicament suivant :

N° d'art. 6730
SEGUFIX[®] Sangle pour dossier

dans les tailles et versions proposées selon la classe de prix 2024
UDI-DI de base= PP01531673037 / Classe de risque = I

Utilisation :

- pour attacher la SEGUFIX[®] Ceinture abdominale de transport
et les SEGUFIX[®] Harnais

Indispensable pour l'utilisation :
- le dossier doit être stable, à ne pas utiliser avec des dossier instables
- fente entre le siège et le dossier
- montage sur le dossier avec Velcro[®]
- le Velcro[®] doit se recouvrir sur au moins 250 mm

La procédure d'évaluation de la conformité conformément aux
annexes II et III du règlement UE 2017/745 a été
appliquée. Cette déclaration est valable de
ladate d'émission jusqu'au
24/05/2028.

Jesteburg, le 25/05/2026

Date de d'émission



R. W. de Sánchez
- direction -